



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 18 февраля 2021 года № РЗН 2018/7326

На медицинское изделие
Система видеондоскопическая HD-500

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
"СОНОСКЕЙП МЕДИКАЛ КОРП.", Китай,
SONOSCAPE MEDICAL CORP., Room 201 & 202, 12th Building, Shenzhen
Software Park Phase II, 1 Keji Middle 2nd Road, Yuehai Subdistrict, Nanshan
District, Shenzhen, 518057, Guangdong, China

Производитель
"СОНОСКЕЙП МЕДИКАЛ КОРП.", Китай,
SONOSCAPE MEDICAL CORP., Room 201 & 202, 12th Building, Shenzhen
Software Park Phase II, 1 Keji Middle 2nd Road, Yuehai Subdistrict, Nanshan
District, Shenzhen, 518057, Guangdong, China

Место производства медицинского изделия
SONOSCAPE MEDICAL CORP., Room 201 & 202, 12th Building, Shenzhen
Software Park Phase II, 1 Keji Middle 2nd Road, Yuehai Subdistrict, Nanshan
District, Shenzhen, 518057, Guangdong, China

Номер регистрационного досье № РД-39003/106378 от 26.01.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.12.119

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 18 февраля 2021 года № 1351
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков



0055388

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 февраля 2021 года № РЗН 2018/7326

Лист 1

На медицинское изделие

Система видеэндоскопическая HD-500,

в составе:

1. Устройство обработки изображений HD-500 (1 шт.), в составе:
 - 1.1. Витой видеокабель CCD - 1 шт.
 - 1.2. Силовой шнур - 1 шт.
 - 1.3. Держатель витого видеокабеля устройства обработки изображений HD-500 - 1 шт.
 - 1.4. Кабель управления светом - 1 шт.
 - 1.5. Колпачок баланса белого устройства обработки изображений HD-500 - 1 шт.
 - 1.6. Держатель колпачка баланса белого устройства обработки изображений HD-500 - 1 шт.
 - 1.7. Клавиатура устройства обработки изображений HD-500 - 1 шт.
 - 1.8. Плавкий предохранитель (Т1,6А/250V) - 2 шт.
2. Видеогастроскопы: EG-500, EG-500L - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
 - 2.1. Биопсийный клапан - 2 шт.
 - 2.2. Щипцы биопсийные одноразовые - 2 шт.
 - 2.3. Щетка для очистки - 2 шт.
 - 2.4. Течейскатель - 1 шт.
 - 2.5. Бутыль для воды - 1 шт.
 - 2.6. Шприц, 50-мл - 1 шт.
 - 2.7. Заглушка ирригационного канала - 1 шт.
 - 2.8. Резиновый колпачок дистального конца - 1 шт.
 - 2.9. Крышка для погружения - 1 шт.
 - 2.10. Воздушный/водяной клапан - 1 шт.
 - 2.11. Клапан аспирации - 1 шт.
 - 2.12. Комплект для ручной обработки эндоскопа - 1 шт.:
 - 2.12.1. Комплект заглушек для промывки - 1 шт.
 - 2.12.2. Система для промывки каналов - 1 шт.
 - 2.12.3. Трубка-адаптер для ирригационного канала - 1 шт.
 - 2.12.4. Переходники для присоединения к моющей машине - 2 шт.
3. Видеоколоноскопы: EC-500, EC-500T, EC-500L, EC-500L/F - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
 - 3.1. Биопсийный клапан - 2 шт.
 - 3.2. Щипцы биопсийные одноразовые - 2 шт.
 - 3.3. Щетка для очистки - 2 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0080553

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 февраля 2021 года № РЗН 2018/7326

Лист 2

- 3.4. Теческатель - 1 шт.
- 3.5. Бутыль для воды - 1 шт.
- 3.6. Шприц, 50 мл - 1 шт.
- 3.7. Заглушка ирригационного канала - 1 шт.
- 3.8. Резиновый колпачок дистального конца - 1 шт.
- 3.9. Крышка для погружения - 1 шт.
- 3.10. Воздушный/водяной клапан - 1 шт.
- 3.11. Клапан аспирации - 1 шт.
- 3.12. Комплект для ручной обработки эндоскопа - 1 шт., в составе:
 - 3.12.1. Комплект заглушек для промывки - 1 шт.
 - 3.12.2. Система для промывки каналов - 1 шт.
 - 3.12.3. Трубка-адаптер для ирригационного канала - 1 шт.
 - 3.12.4. Переходники для присоединения к моющей машине - 2 шт.
- 4. Источник света HDL-500E, HDL-500X - 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - 4.1. Кабель подключения к сети - 1 шт.
 - 4.2. Лампа источника света HDL-500E, HDL-500X - 1 шт.
 - 4.3. Плавкий предохранитель (T5AH 250VAC) - 2 шт.
- 5. Тележка эндоскопическая - 1 шт.
- 6. Монитор медицинский высокой четкости - 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - 6.1. Шнур сетевой - 1 шт.
 - 6.2. Сетевой адаптер - 1 шт.
 - 6.3. Кабель DVI - 1 шт.
- 7. Эксплуатационный документ.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0080554